Łopuszno, dnia 25 listopada 2026 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Łopuszno", nr FESW.09.04-IZ.00-0002/26.

Zamawiający – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, w związku z otrzymanym pytaniem wykonawcy, udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 180 kg zamiast wymaganego co najmniej 185 kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z wymaganiami SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym co najmniej 180 kg, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, z uwzględnieniem poniższej modyfikacji.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści rozdziału III pkt 3, poz. 3 tabeli wymaganych minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych, zastępując zapis „bezpieczne obciążenie robocze co najmniej 185 kg" zapisem „bezpieczne obciążenie robocze co najmniej 180 kg".

Modyfikacja ogólnych wymagań dotyczących parametrów technicznych i funkcjonalnych

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom zaoferowania sprzętu różnych producentów Zamawiający uzupełnia rozdział III pkt 4 zapytania ofertowego o następujące postanowienie:

„Zamawiający dopuszcza tolerancję wartości liczbowych parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie ±2% w

stosunku do wskazanych wartości, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności, przeznaczenia, bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności oferowanego sprzętu z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższa tolerancja ma zastosowanie również do granicznych wartości określonych przedziałów parametrów technicznych, z zastrzeżeniem, że nie podlega sumowaniu z tolerancjami wskazanymi indywidualnie dla poszczególnych parametrów.

Tolerancja nie dotyczy liczby zamawianych urządzeń i elementów wyposażenia, okresów gwarancji, terminów, parametrów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz parametrów bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu, w szczególności bezpiecznego obciążenia roboczego i dopuszczalnego obciążenia użytkownika.

W przypadku bezpiecznego obciążenia roboczego łóżka rehabilitacyjnego obowiązuje zmodyfikowana minimalna wartość 180 kg, bez możliwości jej dalszego obniżenia w ramach dopuszczonej tolerancji."

Powyższe zmiany mają zastosowanie również do odpowiednich postanowień załączników do zapytania ofertowego, w tym szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 listopada 2026 r. do godz. 15:00.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA MIASTA I GMINY
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łopusznie
Anna Lesiak